

TONIMER lab:

PANTHEXYL SPRAY

Sterilní hypertonický roztok s mořskou vodou k odstranění a zkapalnění hlenu v nosních dutinách určený pro dospělé při nachlazení s mikrobiální superinfekcí, jako je zánět nosohltanu, zánět nosních dutin, k prevenci akutního zánětu středního ucha způsobeného nahromaděním hlenu ve středouši a k léčbě po operaci vedlejších nosních dutin.

Obohacený o xylitol a panthenol pečuje o hygienu, chrání, zklidňuje, zvlhčuje a uvolňuje sliznice a zlepšuje dýchání.

Zpětný ventil a vak, který izoluje roztok :

- zaručuje sterilitu
- umožňuje použití lahvičky v jakémkoli směru
- zabrání zpětného nasátí hlenu zpět do lahvičky

Návod k použití:

1. Po sejmutí víčka používejte výrobek v libovolné poloze. Nejlépe je však naklonit se nad umyvadlo, mít hlavu nakloněnou na stranu a vložit trysku do nosní dírký, která je ve vyšší poloze. Stiskněte trysku asi na 5 sekund, aby přípravek vyšel ven. Stejný postup zopakujte s druhou nosní dírkou (obrázek 1).



1)

2. Po použití trysky vyčistěte a osušte a balení uzavřete jeho speciální zátkou.

Frekvence užívání: 3 až 4x denně po dobu 15 dní nebo podle pokynů lékaře.

UPOZORNĚNÍ:

V případě precitlivělosti na složky, přípravek nepoužívejte. V případě vedlejších účinků, přestaňte přípravek

používat a poraďte se se s lékařem. Pokud se přípravek dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou.

Upozornění: Nádobka pod tlakem:

Při zahřátí může prasknout. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Nepropichujte ani nepalte, a to ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50°C/122°F.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno.

STERILE R **CE** 0546 

 **ISTITUTO GANASSINI S.p.A.**
di Ricerche Biochimiche
Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - Italy
www.ganassinicorporate.com - istituto@ganassini.it

Distributor:
Alliance Healthcare s.r.o.
Podle Trati č.p. 624/7, PSČ 10800
Praha 10 – Malešice
Tel: +420 800 310 101

Ed. 11/2021
M30077950