SalivaTracer

Návod na Screeningový test na drogy ze slin

RightSign®

1

Před otevřením nechte sáček ohřát na pokojovou teplotu. Vyjměte test ze zapečetěného sáčku a spotřebujte do jedné hodiny od otevření. Poučte testovanou osobu, aby přiložila jazyk ke kořeni horní nebo dolní čelisti a shromáždila sliny v ústech.

2



Vyjměte tampon z kazety a poté sejměte víčko z tamponu.

3



Poznámka: Pokud indikátor sytosti nezčervenal, umístěte tampon zpět do úst a pokračujte ve stěru slin až do nasycení, dokud se Indikátor nerozsvítí červeně.

Požádejte testovanou osobu, aby vložila tampon mezi spodní část tváře a dáseň a jemně třela tam a zpět mezi levou a pravou tváří a dásněmi, dokud nebude houbička zcela nasycena slinami. Houbu nekousejte, nesajte ani nežvýkejte, protože by se mohla zlomit. **Vyjměte tampon z úst po 30 sekundách**, pokud se indikátor nasycení rozsvítí červeně.

4



Vložte tampon do kazety.

Poznámka: Při vkládání tamponu do kazety vložte vyčnívající část hlavy tamponu do otvoru vyhrazeného v místě odběru vzorků a poté zatlačte na konec tamponu, abyste jej zajistili.

5



Posuňte kryt ve směru šipky, dokud se kryt nezablokuje.

6



Umístěte test na rovný povrch a nechte test pracovat. Negativní výsledky lze odečíst, jakmile se vytvoří jasné čáry v obou zónách C a T testu. Číst předpokládané výsledky můžete po 10 minutách. Nečtěte výsledky po delší době, než je 20 minut.